

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Gestor Do Fundo Municipal De Saude, MARCOS HENRIQUE KEHL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 5/2023  
b) Licitação Nr.: 2/2023-DL  
c) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
d) Data Homologação: 27/04/2023  
e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO IMEDIATA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE IRATI/SC.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

Irati, 27 de Abril de 2023.

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA (1984)**

1	CADEIRA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA; MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE; MATERIAL REVESTIMENTO: PVC LAMINADO SEM COSTURA; ENCOSTO: BI-ARTICULADO; FUNCIONAMENTO: ELETROMECAÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO ÓLEO; POSIÇÕES: 4 MOVIMENTOS+PROGRAMADAS; COMPONENTES: CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO, COM UNIDADE DE ÁGUA E EQUIPAMENTO, CONTENDO AS SEGUINTEESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURAS CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI; BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE QUE DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO; COM CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA; SISTEMA PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO EM CHAPA DE AÇO; COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200KG; SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTOR-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24VOLTS COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ; BOTÃO DE ON/OFF NA LATERAL DA CADEIRA; BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO; ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E BIARTICULÁVEL, COM MOVIMENTOS ANTERIORES, POSTERIORES E LONGITUDINAL; SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA; CONSULTÓRIO AMBIDESTRO; EQUIPAMENTOS: EM ABS INJETADO; BRAÇOS ARTICULÁVEIS E COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO ACIONADO POR BOTÃO; PEDAL PROGRESSIVO P/ ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS; MANGUEIRAS ARREDONDADAS E FLEXÍVEIS; 01-SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, AUTOCLAVÁVEL E REMOVÍVEL; SUPORTE DAS PONTAS/ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL; PUXADOR BILATERAL; TAMPO DE INOX REMOVÍVEL; SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA E POSIÇÃO DE VOLTA A ZERO; ACENDIMENTO DO REFLETOR; PROGRAMAÇÃO DO TRABALHO; 01- TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO; 01-TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO;UNIDADE DE ÁGUA: EM ABS INJETADO; CUBA EM CERÂMICA COM RALO E FILTRO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS, REMOVÍVEL E PROFUNDA; FILTRO DE DETRITOS NA BASE DO SUGADOR; SISTEMA DE REGULAGEM DE VASÃO DE ÁGUA; RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000ML PARA ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE; UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL 90°; TERMINAL SUGADOR VENTURI; MONOFOCAL COM SISTEMA ÓTICO COM 1 LED; PUXADORES BILATERAIS (ALÇAS); CABEÇOTE COM GIRO DE 620°; ESPELHO MULTIFACETADO COM DÚPLA PROTEÇÃO; INTENSIDADE 8.000 A 35.000 LUX. - Marca: D700	UN	1,00	0,0000	23.191,22	23.191,22
---	---	----	------	--------	-----------	-----------

**Total do Fornecedor: 23.191,22**

**Total Geral: 23.191,22**