



**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA  
N.º 010/2024 - FMS**

**1. Justificativa da necessidade da contratação:**

A presente solicitação justifica-se pela finalidade, de propiciar as condições necessárias para aquisição de material de uso da Unidade Básica de Saúde, necessários na realização de procedimentos nos atendimentos médicos, enfermagem, técnica e odontológicos para o devido e necessário atendimento aos usuários da Secretaria Municipal de Saúde, visando garantir um atendimento de qualidade e com segurança para população Iratiense. Visando manter o tratamento adequado para os pacientes atendidos na UBS. O sucesso do processo vai viabilizar a realização de procedimentos e o tratamento adequado aos pacientes, evitando o atendimento de baixa qualidade. Cumpre ressaltar que, a aquisição destes itens é essencial na execução de atendimento, que são realizados de forma corriqueira. Tratando-se, portanto, de materiais fundamentais para o bom funcionamento do serviço da Unidade dos diversos profissionais de diversas áreas. Essa análise avulta-se como imprescindível por se tratar de materiais a serem empregados no tratamento de pessoas, cuja ausência poderá colocar em risco suas vidas. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes e servidores envolvidos no atendimento, cujo tratamento necessitará do material elencado.

**01\_caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça:** a necessidade se dá pelo fato de que a caneta existente na unidade usada nos atendimentos vem apresentando falhas, não funcionando de forma correta prejudicando o atendimento. A importância de se ter outra, deve-se pelo tempo que a mesma levaria para o processo de manutenção ficando este prazo a população sem atendimento, prejudicando os pacientes que estão em período de tratamento. Levando em conta também que a mesma poderá falhar e funcionar mais em meio ao atendimento.

**02\_Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo:** a necessidade se dá pelo fato de que é imprescindível sua utilização nos atendimentos odontológicos, será utilizado na unidade de saúde da comunidade de Sete de Setembro, onde o mesmo está funcionando.

**03\_Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada:** a necessidade se dá pelo fato de que é imprescindível sua utilização nos atendimentos odontológicos, será utilizado na unidade de saúde da comunidade de Sete de Setembro, onde o mesmo está funcionando.

**05\_fotopolimerizador led sem fio:** Conhecido por transmitir uma luz azulada, esse aparelho tem uma importante função no dia a dia do dentista. Na prática, essa luz ativa uma substância chamada de canforoquinona, presente nos compostos de resina e em outros produtos odontológicos, endurecendo o tecido. O processo de ativação é chamado de polimerização e nada mais é do que uma reação química causada pela luz emitida. Com o endurecimento dessas células, é possível garantir maior durabilidade dos, a substituição do referido aparelho se dá devido o mesmo não consegue manter



a carga suficiente para polimerização. Ocasionando transtorno no atendimento e à não execução correta do trabalho.

**26\_Mesa de trabalho em "L":** a necessidade se dá pelo fator do aumento de servidores, neste momento está sendo improvisado com mesas frágeis, pequenas e não próprias para uso diário. Com isso acaba dificultando o trabalho dos profissionais pois algumas mesas foram improvisadas e não são ideias para o local.

**34\_escada clinica com dois degraus:** precisamos de novas escadas, pois não temos suficientes na unidade sendo assim acaba dificultando o paciente a subir na maca de atendimento. As escadas são próprias para uso hospitalar por apresenta segurança aos pacientes.

**37\_foco auxiliar:** precisamos pois não temos na unidade, fazendo com que dificulte os procedimentos como pontos, retiradas de insetos, retiradas de objetos que na pele, orelha ouvido entre outros. A importância de se ter uma boa visibilidade da área a ser trabalhada é essencial para o sucesso do procedimento. Por essa razão que as UBS devem ser equipadas com equipamentos que possuem uma boa iluminação sem impedir a visibilidade do profissional.

**38\_mesa auxiliar para material ginecológico:** na unidade de saúde não possui este móvel que é essencial para melhoria dos atendimentos dando o conforto aos pacientes durante os exames e procedimentos ginecológicos.

**88\_concentrador de oxigênio estacionário:** Os que estão em uso na unidade apresentam condições mínimas de uso. Os mesmos serão encaminhados para manutenção, e neste precisamos de novos para suprir o tempo que os antigos estarão em manutenção. Outro fator é que temos vários pacientes no município que necessitam fazer o uso de oxigênio contínuo e o concentrador é imprescindível para o uso.

**96\_ostoscópio:** precisamos porque na unidade, só temos 1 (um) e são 4 (quatro) profissionais que utilizam o mesmo aparelho, resultando dificuldade no atendimento realizado, ou por muitas vezes não o fazem por falta de não ter mais quantidades disponíveis para uso.

**101\_Monitor de sinais vitais:** Monitor Multiparâmetro se dá pelo benefício nos atendimentos aos pacientes; adulto, pediátrico e neonatal. O equipamento solicitado é utilizado como referência em casos de urgência e emergência, monitoramento de pacientes para transporte hospitalar e demais que se faça necessário. Sendo que esta unidade não tem este aparelho, onde por inúmeras vezes em atendimentos específicos teria ocorrido resultados mais positivos e rápidos no socorro. Devido a termos paciente que por vezes chegam até unidade em processo de emergência urgência o aparelho irá monitorar o médico na agilidade das providências cabíveis ao usuário, podendo prevenir sequelas e salvando vidas.

Solicitamos a aquisição dos materiais através do Consorcio Intermunicipal de Saúde –CONIMS, sendo o município é consorciado, o qual os itens solicitados já passaram por processo de licitação, através Processo Licitatório nº255/2023 Pregão Eletrônico nº029/2023.



## 2. Descrição do objeto:

Aquisição de itens para atendimento da necessidade da Secretaria Municipal de Irati/SC, através do Consorcio Intermunicipal de Saúde –CONIMS.

Descrição de cada item:

Item	QTD	DESCRIÇÃO
<b>01</b>	<b>01</b>	Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.
<b>02</b>	<b>01</b>	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.
<b>03</b>	<b>01</b>	Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden ( universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135° por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: Intra. Velocidade: 3000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso 90 g. Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Par



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46

<b>05</b>	<b>01</b>	Fotopolimerizador Led sem fio. Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440 nm à 480 nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm <sup>2</sup> ; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível.
<b>26</b>	<b>01</b>	Mesa de trabalho em "L" - Especificações técnicas: com painel frontal a 35 cm do solo e calha para distribuição de cabos embutida, com tampa removível. Acabamento das partes metálicas com pintura em epóxi Pó, com tratamento de fosfatizante antiferruginoso. Teclado retrátil comportando o mouse, laterais e tampo inteiriço com formato "L" confeccionados em madeira MDP com laminado melamínico de 2,5 cm, na cor marfim com estrutura metálica preta. Medidas aproximadas: Largura: 140x 140 cm, Profundidade: 60 cm, Altura: 74cm. Cores: Tampa Marfim, Estrutura Preta. A madeira deverá ser certificada pelo CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal) ou outro de mesma significância. Garantia mínima 1 ano.
<b>34</b>	<b>01</b>	Escada Clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha.
<b>37</b>	<b>01</b>	Foco auxiliar - luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" x 1,20 m. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 m e máximo de 1,60 m. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1 ano. Deve atender os padrões internacionais de qualidade, Normas da ABNT e Anvisa.
<b>38</b>	<b>01</b>	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 x 1,20 mm, rodízios giratórios de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm x 80 cm. Deve suportar no mínimo 20 kg.
<b>88</b>	<b>02</b>	Concentrador de Oxigênio estacionário, que produza até 5L por minuto de oxigênio concentrado. Pressão de saída em torno de 5,5 psi e nível de ruído de no máximo 45 decibéis. Deve possuir



		no mínimo alça fácil de segurar e carregar com apenas uma mão, suporte universal para umidificador, conexão da cânula metálica, botão de liga e desliga e Alarmes sonoros. Deve possuir um indicador visual da concentração do índice de oxigênio, possibilitando visualização de que o equipamento está apto a ser utilizado pelo paciente.
<b>96</b>	<b>01</b>	Otoscópio - Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia mínima de 12 meses.
<b>101</b>	<b>02</b>	Monitor de sinais vitais, com parâmetros básicos de ECG, frequência respiratória, ocimetria de pulso, pressão arterial, temperatura de uso hospitalar.

Os itens a serem adquiridos são de suma importância para a melhoria nos atendimentos na Unidade Básica de Saúde, os materiais são condizentes para utilizar na verificação, atendimento, acolhimento e na oferta de maior comodidade em nos serviços prestados aos pacientes. Devido a excessiva demanda que vem ocorrendo na unidade.

**3. Justificativa da escolha da solução entre as disponíveis no mercado:**

Justifica-se a presente solicitação, tendo em vista a necessidade em atender a unidade de saúde do município de Irati, cujas demandas são contínuas, portanto destaca-se a importância a realização do fornecimento de materiais para uso em ações de prevenção, ainda atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Portanto na falta desses itens poderá gerar um problema, ou seja, pode causar danos à saúde pública.

Portanto é notória a importância da aquisição dos itens acima especificados, sendo a aquisição através do consorcio mais viável por já ter passado pelo processo licitatório e assim, sendo os meios mais rápido para aquisição só aguardando o prazo de entrega.

**4. Quantidade a ser contratada, quando couber, considerada a expectativa de consumo anual:**

As quantidades será o necessário para atender a demanda da Unidade Básica de Saúde para o ano de 2024 a não ser alguma outra intempestividade que venha a acontecer.





**5. Estimativa de despesa e definição do valor estimado da contratação com base na realização de pesquisa de preços devidamente documentada, com os parâmetros estabelecidos no [art. 23, caput](#) c/c [§ 4º](#), da Lei nº 14.133/2021, justificando, assim, o preço da contratação:**

Os valores a serem pagos foram obtidos através do Consorcio Intermunicipal de Saúde –CONIMS, o qual os itens já passaram por processo de licitação, sendo o Processo Licitatório nº255/2023 Pregão Eletrônico nº029/2023, através do link:

[https://www.conims.com.br/arquivo\\_usu/documentoanexo/conims-20240227-153609.pdf](https://www.conims.com.br/arquivo_usu/documentoanexo/conims-20240227-153609.pdf).

Conforme valores e fornecedores abaixo:

Item Município	Item CONIMS	QTD	DESCRIÇÃO	Valor	Valor total	Fornecedor
1	01	01	Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	R\$ 321,68	R\$ 321,68	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP
2	02	01	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	R\$ 213,40	R\$ 213,40	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTAÇÃO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46

3	03	01	Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135° por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: Intra. Velocidade: 3000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso 90 g. Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Par	R\$ 213,40	R\$ 213,40	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA
4	05	01	Fotopolimerizador Led sem fio. Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440 nm à 480 nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm <sup>2</sup> ; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível.	R\$ 349,80	R\$ 349,80	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP
5	26	01	Mesa de trabalho em "L" - Especificações técnicas: com painel frontal a 35 cm do solo e calha para distribuição de cabos embutida, com tampa removível. Acabamento das partes metálicas com pintura em epóxi Pó, com tratamento de fosfatizante antiferruginoso. Teclado retrátil comportando o mouse, laterais e tampo inteiro com formato "L" confeccionados em madeira MDP com laminado melamínico de 2,5 cm, na cor marfim com estrutura metálica preta. Medidas aproximadas: Largura: 140x 140 cm, Profundidade: 60 cm, Altura: 74cm. Cores: Tampa Marfim, Estrutura Preta. A madeira deverá ser certificada pelo CERFLOR (Programa Brasileiro de	R\$ 639,00	R\$ 639,00	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46

			Certificação Florestal) ou outro de mesma significância. Garantia mínima 1 ano.			
6	34	01	Escada Clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha.	R\$ 98,62	R\$ 98,62	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
7	37	01	Foco auxiliar - luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" x 1,20 m. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1 ano. Deve atender os padrões internacionais de qualidade, Normas da ABNT e Anvisa.	R\$ 240,00	R\$ 240,00	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
8	38	01	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 x 1,20 mm, rodízios giratórios de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm x 80 cm. Deve suportar no mínimo 20 kg.	R\$ 449,17	R\$ 449,17	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
9	88	02	Concentrador de Oxigênio estacionário, que produza até 5L por minuto de oxigênio concentrado. Pressão de saída em torno de 5,5 psi e nível de ruído de no máximo 45 decibéis. Deve possuir no mínimo alça fácil de segurar e carregar com apenas uma mão, suporte universal para umidificador, conexão da cânula metálica, botão de liga e desliga e Alarmes sonoros. Deve possuir um indicador visual da concentração do índice de oxigênio, possibilitando visualização de que o equipamento está apto a ser utilizado pelo paciente.	R\$ 4.400,00	R\$ 8.800,00	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
10	96	01	Otoscópio - Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor	R\$ 371,24	R\$ 371,24	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46

			sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia mínima de 12 meses.			
11	101	02	Monitor de sinais vitais, com parâmetros básicos de ECG, frequência respiratória, ocimetria de pulso, pressão arterial, temperatura de uso hospitalar.	R\$ 4.100,00	R\$ 8.200,00	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**6. Indicação da data pretendida para a conclusão da contratação, a fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades do órgão ou da entidade:**

O prazo para conclusão da compra deverá ser no máximo até o dia 30/04/2024.

**7. Grau de prioridade da contratação em baixo, médio ou alto:**

Apesar ser uma unidade básica de Saúde, também faz atendimento de urgência e emergência. Diante do exposto, em razão do dever de garantir os serviços de saúde pública, o nosso município não poderá ser omissivo, tão pouco adiar compras necessárias para conter e atender a população Iratiense, sendo essa de prioridade de nível alto.

**8. Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro DFD (quando houver) para a sua execução, com vistas a determinar a sequência em que as contratações serão realizadas:**

O objeto não tem vinculação no presente momento a outro documento de formalização de demanda.

Irati/SC, 18 de abril de 2024.

**Marta Judite Debona Gregolin**  
**Matrícula nº 1424301**  
**Secretária Municipal de Saúde**